
Naše číslo	Váš list číslo / zo dňa	Vybavuje / ☎	Revúca dňa
534/2019		Ing. Hanuštiaková	27.06.2019
277-VO-HM-19		0911 014 734	

Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky – Prieskum trhu

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY

Týmto si u Vás dovoľujeme požiadať o predloženie cenovej ponuky v rámci realizovaného prieskumu trhu na určenie predpokladanej hodnoty zákazky v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení na predmet zákazky „**Odberová váha na odber celej krvi**“.

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie:	Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
Sídlo organizácie:	Litovelská 25, 050 01 Revúca
IČO:	457 363 24
IČ DPH:	SK2023325326
Štatutárny orgán:	Mgr. Janette Hrbálová
Kontaktná osoba:	Ing. Mariana Hanuštiaková
Telefón:	058/48 33 309
Mobil:	0911 014 734
e-mail:	hanustiakova@nsprevuca.sk
Internetová adresa:	www.nsprevuca.sk

Predmet a opis zákazky:

PREDMET zákazky:

Predmetom zákazky je dodávka 1 ks odberovej váhy na odber celej krvi do odberových vakov pre transfúziologické oddelenie, vrátane súvisiacich služieb, t.j. dodávka predmetu zákazky na miesto určenia, inštaláciu predmetu zákazky a uvedenie do prevádzky s bezplatným zaškolením personálu. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je vymedzené v opise predmetu zákazky.

OPIS zákazky:

Základná konfigurácia odberovej váhy musí obsahovať nasledovné parametre:

- Prístroj musí spĺňať homogénne miešanie odoberanej krvi
- Prístroj musí pred každým odberom vykonať automatické tárovanie

- Prístroj musí mať integrovaný LCD displej
 - LCD displej musí mať jednoduché a intuitívne ovládanie so zobrazením priebehu odberu
 - LCD displej musí byť podsvietený a konfigurovateľný
 - Prístroj musí dokončiť odber pri výpadku elektrickej siete bez straty údajov zabezpečené batériou
 - Prístroj musí zabezpečiť redukciu hemolýzy (kývanie misky a následné premiešavanie krvi s ACD roztokom začne až po natečení určitého menšieho objemu krvi do vaku po začatí odberu)
 - Prístroj musí umožniť priame overenie darcu pred odberom zobrazením mena, priezviska a dátumu narodenia na displeji po načítaní čísla odberu
 - Prístroj musí mať funkciu (umožní obsluhu prerušiť miešanie a počas odberu označiť vaky, pričom bezpečnostná svorka zostáva uzavretá)
 - Prístroj musí umožniť mechanicky uzavrieť bezpečnostnú klapku v prípade výpadku elektrického prúdu alebo batérie
 - Prístroj musí mať kapacitu internej pamäte
 - Prístroj musí mať možnosť pripojenia do NIS (prostredníctvom PC), pričom sa vyžaduje obojsmerný prenos dát prostredníctvom LAN (ethernet) a WLAN
 - Súčasťou dodávky musí byť aj softvér (podporný program ku komunikácii s externým osobným počítačom), v slovenskom prípadne v českom jazyku, určený na výmenu dát medzi prístrojom a externým osobným počítačom, ktorý sa prepája do LISu. Softvér musí umožňovať modifikáciu programov, inštaláciu a export programov do prístroja, uloženie a vytlačenie výsledkov spracovania a pod.
 - Prístroj musí umožniť automatické archivovanie dát procesov odberu krvi do odberových vakov priamo v internej pamäti prístroji
 - Súčasťou dodávky prístroja musí byť čítačka čiarového kódu (t.j. čítačka a konektor na jej pripojenie umiestnený na prístroji, ktorá umožní načítanie čiarových kódov i bez manuálnej obsluhy
 - Prístroj musí mať alarm minimálneho a maximálneho prietoku krvi
 - Prístroj musí mať akusticko-optické alarmy so záznamom poruchových a alarmových stavov.
 - Prístroj musí signalizovať ukončenie odberu
- Osobitné požiadavky:
- Vráťane inštalácie na miesto plnenia
 - Zaškolenie personálu
 - Minimálny 24 mesačný záručný servis
 - Certifikát alebo vyhlásenie o zhode výrobku
 - Vstupná validácia s vystavením protokolu

- Zariadenie musí byť nové, nepoužívané a nerepasované

Celkové množstvo, alebo rozsah zákazky:

Dodávka 1 ks odberovej váhy na odber celej krvi.

Spoločný slovník obstarávania (CPV):

Číselný kód pre hlavný predmet a doplnujúce predmety z Hlavného slovníka, prípadne alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV/SSO):

Hlavný slovník:

Hlavný slovník:

33194210 – 1 Prístroje a nástroje na transfúziu

Doplňujúce predmety

Hlavný slovník: 51410000 – 9 Inštalácia lekárenských zariadení

80511000 – 9 Školenie pracovníkov

60000000 – 8 Dopravné služby

Komplexnosť dodávky:

Požiadavka na komplexnosť ponuky: požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky.

Zdroj finančných prostriedkov:

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov poskytnutej dotácie Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Miesto a termín plnenia predmetu zákazky:

Miesto plnenia: Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca, Litovelská 25, 050 01 Revúca

Termín plnenia: Predpokladaný termín plnenia: **07/2019**

Rozdelenie predmetu obstarávania na časti:

Verejný obstarávateľ požaduje vypracovanie cenovej ponuky na celý predmet zákazky.

Možnosť predloženia variantných riešení:

V rámci prieskumu trhu nie je možné predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému riešeniu.

Uchádzači predložia:

Príloha č. 1 Cena a opis predmetu zákazky – uchádzač predloží v ponuke vyplnenú prílohu č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky – Prieskum trhu a kalkuláciu ceny predmetu zákazky. V prípade ekvivalentného výrobku, ktorého parametre sú iné ako sú uvedené v časti opisu predmetu zákazky uvedené vo výzve na predloženie cenovej ponuky uchádzač vyplní v časti „Obchodný názov výrobku a jeho špecifikácia“ nie len obchodný názov ale aj jeho špecifikáciu, prípadne doplní prílohu č.1 o prospekt, v ktorom budú opísané technické parametre výrobku.

Od úspešného uchádzača bude následne verejný obstarávateľ požadovať:

- Vyhlásenie o zhode výrobku.

Vyhotovenie ponuky:

Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme v slovenskom jazyku. Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.

Náklady na ponuku:

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

Ponuky doručené na adresu verejného obstarávateľa a predložené v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie.

Lehota a miesto na predkladanie ponúk:

Lehota na predkladanie ponúk: 04.07.2019

Miesto na predkladanie ponúk:

Ponuky je možné doručiť poštovou zásielkou na adresu verejného obstarávateľa v lehote na predkladanie ponúk, e-mailom alebo osobne na kontaktnú adresu určenú verejným obstarávateľom.

Výsledok verejného obstarávania:

Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie kúpnej zmluvy s úspešným uchádzačom, v súlade s vymedzením predmetu zákazky.

S pozdravom

R a S -1-	Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca ul. Litovelská 25 050 01 Revúca
--------------	--

Mgr. Janette Hrbálová
riaditeľ
NsP, n.o., Revúca