
Naše číslo	Váš list číslo / zo dňa	Vybavuje / ☎	Revúca dňa
550/2019		Ing. Hanuštiaková	04.07.2019
282-VO-HM-19		0911 014 734	

Vec: Prieskum trhu – Výzva na predloženie cenovej ponuky

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY

Týmto si u Vás dovoľujeme požiadať o predloženie cenovej ponuky v rámci realizovaného prieskumu trhu na určenie predpokladanej hodnoty zákazky v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení na predmet zákazky „*Monitorovacia centrála s monitormi vitálnych funkcií*“.

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie:	Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
Sídlo organizácie:	Litovelská 25, 050 01 Revúca
IČO:	457 363 24
IČ DPH:	SK2023325326
Štatutárny orgán:	Mgr. Janette Hrbálová
Kontaktná osoba:	Ing. Mariana Hanuštiaková
Telefón:	058/48 33 309
e-mail:	hanustiakova@nsprevuca.sk
Internetová adresa:	www.nsprevuca.sk

Predmet a opis zákazky:

PREDMET zákazky:

Predmetom zákazky je dodávka centrálnej monitorovacej jednotky s monitormi vitálnych funkcií pre jednotky intenzívnej starostlivosti a anestéziologické oddelenie.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je vymedzené v opise predmetu zákazky.

OPIS zákazky:

ČASŤ č.1

Centrálna monitorovacia jednotka

Technické vlastnosti:

- Centrálna monitorovacia jednotka schopná pripojenia a súčasného zobrazenia minimálne 8 patientskych monitorov

- Centrálna monitorovacia jednotka schopná pripojenia dvoch farebných displejov s veľkosťou uhlopriečky aspoň do 55cm
- Umožňujúca zväčšené zobrazenie vybraného lôžka pacienta s monitorovanými parametrami a krivkami pri súčasnom zobrazení ostatných monitorov v monitorovacej sieti
- Obojstranná komunikácia medzi centrálnou stanicou a patientskymi monitormi pre nastavenie patientskych údajov, alarmov a manuálne spustenie merania pre neinvazívny TK priamo z centrály
- Centrálny stanica uchováva plný rozbor kriviek počas min. 72 hodín monitorovania (72 hod. FullDisclosure-FD)
- Pamäť pre 240 hodinové grafické a tabuľkové trendy
- Delenie alarmov do 3 úrovní podľa dôležitosti so stanovenými hláseniami na obrazovke monitora
- Centrála umožňujúca export monitorovacích správ do tlačiarne ako aj do formátu pdf pre ďalšie spracovanie
- Zobrazené krivky: 2kanálové EKG, 1 krivka dýchania, krivka SpO2, IBP krivka, CO2 krivka.
Zostava prístroja:
- 1 Centrálna monitorovacia jednotka
- Displej s uhlopriečkou min. 55cm
- Laserová tlačiareň pripojená do monitorovacej siete
- USP zdroj pre nepretržitú prevádzku

ČASŤ č.2

Monitor vitálnych funkcií

Dodávka 1 kusa monitora vitálnych funkcií s nasledovnými technickými parametrami

Technické vlastnosti:

- Monitor s farebnou dotykovou obrazovkou
- Monitor umožňujúci zadefinovania kategórie pacienta od novorodenca po dospelého
- Zabudovaný bezdrôtový modul pre zosieťovanie do monitorovacej siete
- Zabudovaná batéria
- Výdrž internej batérie prístroja počas monitorovania pacienta min. 3 hod
- min 10,4 " TFT displej
- 3/5 zvodové EKG/ srdcová frekvencia
- Neinvazívny krvný tlak
- Digitálne meranie SpO2 / pulzu
- Respirácia, teplota
- Analýzy ST segmentu, Arythmie
- Príslušenstvo pre dospelých
- Príslušenstvo pre deti
- pamäť trendov min. 165 hod
- full disclosure min. 24 hod
- kapnografie Et-CO2 main stream
- meranie IBP
- modul minútového objemu srdca a neinvazívneho tlaku krvi
- modul žalúdočnej pH

ČASŤ č.3

Monitory vitálnych funkcií

Dodávka 6 kusov monitorov vitálnych funkcií s nasledovnými technickými parametrami

Technické vlastnosti:

- Monitor s farebnou dotykovou obrazovkou
- Monitor umožňujúci zadefinovania kategórie pacienta od novorodenca po dospelého
- Zabudovaný bezdrôtový modul pre zosieťovanie do monitorovacej siete
- Zabudovaná batéria
- Výdrž internej batérie prístroja počas monitorovania pacienta min. 3 hod

- min 10,4 " TFT displej
- 3/5 zvodové EKG/ srdcová frekvencia
- Neinvazívny krvný tlak
- Digitálne meranie SpO2 / pulzu
- Respirácia, teplota
- Analýzy ST segmentu, Arythmie
- Zabudovaná batéria
- Príslušenstvo pre dospelých
- Príslušenstvo pre deti
- pamäť trendov min. 165 hod
- full disclosure min. 24 hod
- kapnografie Et-CO2 main stream
- meranie IBP

Osobitné požiadavky pre všetky časti predmetu zákazky:

- Vrátane inštalácie na miesto plnenia
- Vrátane zaškolenia personálu
- záručná doba min 24 mesiacov
- Certifikát alebo vyhlásenie o zhode výrobku
- Zariadenie musí byť nové, nepoužívané a nerepasované

Spoločný slovník obstarávania (CPV):

Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety z Hlavného slovníka, prípadne alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV/SSO):

Hlavný slovník:

Hlavný slovník:

- 33195000 – 3 Systém monitorovania pacientov
- 33195100 – 1 Monitory

Doplňujúce predmety

- Hlavný slovník: 51410000 – 9 Inštalácia lekárenských zariadení
- 80511000 – 9 Školenie pracovníkov
 - 60000000 – 8 Dopravné služby

Komplexnosť dodávky:

Požiadavka na komplexnosť ponuky: požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky.

Zdroj finančných prostriedkov:

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov poskytnutej dotácie Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Miesto a termín plnenia predmetu zákazky:

Miesto plnenia: Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca, Litovelská 25, 050 01 Revúca, JIS a
OAIM

Rozdelenie predmetu obstarávania na časti:

Verejný obstarávateľ požaduje vypracovanie cenovej ponuky na celý predmet zákazky.

Možnosť predloženia variantných riešení:

V rámci prieskumu trhu nie je možné predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému riešeniu.

Uchádzači predložia:

Príloha č. 1 Cena predmetu zákazky – uchádzač predloží v ponuke vyplnenú prílohu č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky v realizovanom prieskume trhu pre predmet zákazky a kalkuláciu ceny predmetu zákazky.

Náklady na ponuku:

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

Ponuky doručené na adresu verejného obstarávateľa a predložené v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie.

Lehota a miesto na predkladanie ponúk:

Lehota na predkladanie ponúk: 10.07.2019

Miesto na predkladanie ponúk:

Ponuky je možné doručiť poštovou zásielkou na adresu verejného obstarávateľa v lehote na predkladanie ponúk, e-mailom alebo osobne na kontaktnú adresu určenú verejným obstarávateľom. Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, ktorá bude doručená poštovou zásielkou, sa vráti uchádzačovi neotvorená.

Výsledok verejného obstarávania:

Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie kúpnej zmluvy (ďalej len „zmluva“) s úspešným uchádzačom za dodaný predmet zákazky.

S pozdravom



Mgr. Janette Hrbálová
riaditeľ
NsP, n.o., Revúca