

Naše číslo

443/2020

210-VO-HM-20

Váš list číslo / zo dňa

Vybavuje / ☎

Ing. Hanuštiaková

0911 014 734

Revúca dňa

28.07.2020

Vec: Prieskum trhu – Výzva na predloženie ponuky

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY

Týmto si u Vás dovoľujeme požiadať o predloženie ponuky v rámci realizovaného prieskumu trhu na určenie predpokladanej hodnoty zákazky v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení na predmet zákazky:

„Laparoskopická zostava“

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie: Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
Sídlo organizácie: Litovelská 25, 050 01 Revúca
IČO: 457 363 24
IČ DPH: SK2023325326
Štatutárny orgán: Mgr. Janette Hrbálová
Kontaktná osoba: Ing. Mariana Hanuštiaková
Telefón: 058/48 33 309
Mobil: 0911 014 734
e-mail: hanustiakova@nsprevuca.sk
Internetová adresa: www.nsprevuca.sk

Predmet a opis zákazky:

PREDMET zákazky:

Predmetom zákazky je dodávka laparoskopickej zostavy pre výkony chirurgického a gynekologického operačného sálu. Verejný obstarávateľ požaduje dodanie zostavy vrátane súvisiacich služieb, t.j. dodávka predmetu zákazky na miesto určenia, inštaláciu predmetu zákazky a uvedenie do prevádzky s bezplatným zaškolením personálu.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je vymedzené v opise predmetu zákazky.

OPIS zákazky:

Základná konfigurácia laparoskopu musí obsahovať nasledovné parametre:

- KAMERA – dvojmodulová

Prepájací modul

- Pre použitie s až 3 linkovými modulmi
- Rozlíšenie min. 1920 x 1080 pixelov, 50/60Hz
- Video výstupy min. 2x DVI-D, 1x 3G-SDI
- Nahrávanie obrázkov a videa na min. USB – 4 rozhrania
- Klávesnica s touch padom
- USB flash kľúč min. 32GB

Zobrazovací modul pre rigidné optiky

- Formát obrazu 16:9
- Systém pracujúci s min. 6 módmi zobrazenia pre zvýšenie diferenciácie tkanivových štruktúr
 1. Biele svetlo
 2. Homogenizované osvetlenie pre zatienené oblasti
 3. Zvýraznenie detailov štruktúr
 4. Kombinácie 2. a 3.
 5. Potlačenie červenej farby
 6. Zvýraznenie červenej farby

Kamerová hlava

- Trojčipová FULL HD kamerová hlava
- S integrovaným parafovokálnym zoom, progresívny scan
- Ohnisková vzdialenosť $f = \text{min. } 15\text{--}31$ (2x)
- Možnosť ovládania tlačítkami z hlavy kamery – 3 ovládacie tlačítka z toho 2 ľubovoľne programovateľné
- Sterilizácia min. v plazme a plyne

Zdroj svetla

- Zdroj studeného svetla Xenon
- Výkon min. 175W
- Manuálne ovládanie intenzity svetla

Optika

- 30°, priemer 10mm
- Autoklavovateľná
- Vstavaný prenos optického svetla

Optiký kábel

- S priamym konektorom
- Priemer min. 4,8mm, dĺžka min. 250cm

Insuflátor

- Jednoduché ovládanie

- Jasné, susediace displeje na nastavenie hodnoty a skutočnej hodnoty, uľahčujúce monitorovanie nafukovacieho procesu
- Optické a zvukové výstražné signály v prípade prekročenia tlaku pacienta
- Plne automatické a elektronicky kontrolované dopĺňanie plynu
- Senzorové klávesy na presný predbežný výber nastavených hodnôt
- Bezpečnostný systém SECUVENT, neustále monitorovanie intraabdominálneho tlaku
- Rozsah tlaku 0-20mmHg
- Maximálny prietok 0-20L/min
- Údaj o spotrebe plynu
- Napájanie 100-240 VAC, 50/60Hz

Príslušenstvo:

- vysokotlaková hadica 102 cm
- Sterilizovateľná hadica bez ohrevu

Irigačno-odsávací prístroj

- Zavlažovanie sa vykonáva pomocou čerpadla
- Maximálne parametre pre režim laparoskopie a hysteroskopie automaticky nastavené zvolením príslušnej sady hadíc
- Presné nastavenie sacích a zavlažovacích parametrov cez dotykové tlačítka

Prietok:

Laparoskopia: 0-100 ml/min

Hysteroskopia: 0-500 ml/min

Tlak:

Laparoskopia: 0-400 mmHg

Hysteroskopia: 0-200 mmHg

Sací tlak:

Laparoskopia: 0-(-)0,8barov/-80kPa/

Hysteroskopia: 0-(-)0,5barov/-50kPa/

Príslušenstvo:

- Irigačný hadicový set laparoskopický – sterilizovateľný
- Irigačný hadicový set hysteroskopický – sterilizovateľný
- Silikónový hadicový set odsávací – sterilizovateľný
- Odsávací filter, jednorazový min. 10 ks
- Nádobu na odsávanie
- Objem fľaše 5 l – sterilizovateľná
- Veko fľaše na 1,5l a 5l nádobu
- Stojan na odsávaciu nádobu pre fľašu s objemom 5l

- Držiak na odsávaciu nádobu
- Sací a zavlažovací inštrument
- Dĺžka min. 36cm

Koagulátor

- Dotykový displej min. 6,5"
- Plne digitálny elektrochirurgický generátor max. výkon 370W
- S resekčným modulom
- Použitie pre viaceré lekárske disciplíny
- 2 monopólarne alebo 2 bipolárne VF výstupy
- Permanentný monitoring neutrálnej elektródy pri monopólarnej použiti
- Aktivácia automatická alebo pomocou pedálu či tlačidla
- Samokontrola pre maximálnu bezpečnosť užívateľa a pacienta
- Indikácia prietoku prúdu prostredníctvom displeja, automatické nastavenie výkonu v závislosti od impedancie tkaniva
- Vstup pre koagulačné pero unipolárna koagulácia
- Výkon unipolárnej koagulácie 120W
- Unipolárny rez 300W
- Bipolárna koagulácia výkon bipolárnej koagulácie 120W
- Bipolárna resekcia

Príslušenstvo:

- Dvojpedál
- Monopólarne vysokofrekvenčný kábel - dĺžka min. 300cm
- Bipolárny vysokofrekvenčný kábel – dĺžka min. 30cm

Laparoskopický vozík

- S policami na prístroje
- Držiak monitora
- Držiak kamerovej hlavy
- Infúzny stojan
- Držiak plynovej fľaše a fľaše na sekrety
- Uzemňovacie káble

Osobitné požiadavky:

- Vráťane inštalácie na miesto plnenia
- Zaškolenie personálu
- Minimálny 24 mesačný záručný servis

Celkové množstvo, alebo rozsah zákazky:

Dodávka 1 ks laparoskopickéj zostavy.

Spoločný slovník obstarávania (CPV):

Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety z Hlavného slovníka, prípadne alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV/SSO):

Hlavný slovník:

Hlavný slovník:

33164000 – 7 Laparoskopické prístroje

Doplňujúce predmety

Hlavný slovník: 51410000 – 9 Inštalácia lekárenských zariadení

80511000 – 9 Školenie pracovníkov

60000000 – 8 Dopravné služby

Komplexnosť dodávky:

Požiadavka na komplexnosť ponuky: požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky.

Zdroj finančných prostriedkov:

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných prostriedkov NsP, n.o. Revúca.

Miesto a termín plnenia predmetu zákazky:

Miesto plnenia: Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca, Litovelská 25, 050 01 Revúca,
operačná sál

Termín plnenia: Predpokladaný termín plnenia: **08/2020**

Rozdelenie predmetu obstarávania na časti:

Verejný obstarávateľ požaduje vypracovanie cenovej ponuky na celý predmet zákazky.

Možnosť predloženia variantných riešení:

V rámci prieskumu trhu nie je možné predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému riešeniu.

Uchádzači predložia:

Uchádzač predloží v ponuku v realizovanom prieskume trhu pre predmet zákazky a kalkuláciu ceny predmetu zákazky.

Ponuka predložená uchádzačom musí byť podpísaná.

Vyhotovenie ponuky:

Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme v slovenskom jazyku. Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.

Náklady na ponuku:

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

Ponuky doručené na adresu verejného obstarávateľa a predložené v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie.

Lehota a miesto na predkladanie ponúk:

Lehota na predkladanie ponúk: 03.08.2020

Miesto na predkladanie ponúk:

Ponuky je možné doručiť poštovou zásielkou na adresu verejného obstarávateľa v lehote na predkladanie ponúk, e-mailom alebo osobne na kontaktnú adresu určenú verejným obstarávateľom.

Kritérium na hodnotenie ponúk:

Jediným kritériom na vyhodnotenie cenovej ponuky bude najnižšia cena.

Celková zmluvná cena v EUR, ktorou sa rozumie celková konečná zmluvná cena za dodávku predmetu zákazky v EUR podľa predloženie ponuky.

Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť, uvedie cenu bez DPH a sadzbu DPH 0%.

Vyhodnocovaná bude konečná cena, teda cena, ktorú verejný obstarávateľ skutočne uhradí za dodávku predmetu zákazky, a to bez ohľadu na to, či je uchádzačom platca alebo neplatca DPH.

Výsledok verejného obstarávania:

Výsledkom verejného obstarávania bude vystavenie objednávky úspešnému uchádzačovi s následným uzatvorením kúpnej zmluvy (ďalej len „zmluva“) v súlade s vymedzením predmetu zákazky.

S pozdravom



Mgr. Janette Hrbálová

riaditeľ

NsP, n.o., Revúca